

Beratungsbogen/Dokumentation für die Durchführung der pharmazeutischen Dienstleistung „Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung und Üben der Inhalationstechnik für den Novolizer®“ (Formatris®, Novopulmon®, Ventilastin®)

Ort, Datum

Patient

Produkte (Inhaltsstoff):

- Novopulmon®:** (Budesonid)
- Formatris®:** (Formoterol)
- Ventilastin®:** (Salbutamol)

- Neuerordnung** **Wiederholungsverordnung**



Bei einer Neuerordnung muss der Patient vorab geschult werden. Ansonsten den Patienten auffordern, die Arzneimittelinhalation wie gewohnt durchzuführen, Beobachtungen notieren und anschließend mit dem Patienten besprechen.

	Beobachtung	Beratungsbedarf
Zustand des Novolizer® (Inhalationsgerät):		
• Technisch funktionsfähig		
• Gerätekomponenten sind kompatibel		
• Ausreichend sauber		
Vorbereitung der Inhalation:		
• Schutzkappe auf dem Mundstück durch leichtes Zusammendrücken auf der Seite und Abziehen nach vorne entfernen.		
• Dosiertaste bis zum Anschlag kräftig nach unten drücken und wieder loslassen. Es ertönt ein Klicken und die Farbe des Kontrollfensters wechselt von Rot auf Grün.		
Inhalieren:		
• Novolizer® bei allen Vorgängen waagrecht halten.		
• Tief ausatmen, keinesfalls aber in den Pulverinhalator hinein.		
• Mundstück mit den Lippen umschließen.		
• Kräftig und tief einatmen (deutliches „Klicken“ muss hörbar sein, Farbwechsel im Kontrollfenster von Grün auf Rot).		
• Novolizer® vom Mund absetzen, halten Sie den Atem für 5 bis 10 Sekunden an, dann ruhig weiteratmen.		
• Schutzkappe aufsetzen.		

	Beobachtung	Beratungsbedarf
Mund ausspülen:		
Ist dem Patienten bekannt, dass er nach der Inhalation eines Corticoids zur Vermeidung von Pilzinfektionen den Mund ausspülen sollte (z. B. Budesonid)?		
Zählerstand:		
Weiß der Patient, wo er den Zählerstand ablesen kann?		
Kennt der Patient die Bedeutung des Farbwechsels?		
Patronenwechsel:		
Schutzfolie von der Patronendose entfernen und Patrone herausnehmen.		
Die Farbkodierung der Patrone muss der Farbe der Dosiertaste entsprechen.		
Patrone mit dem Zahlenfenster in Richtung des Mundstücks in den Pulverinhalator stecken. Beim Einsetzen der Patrone die Dosiertaste nicht drücken!		
Deckel wieder von oben in die seitlichen Führungen setzen und flach bis zum Einrasten in Richtung der farbigen Dosiertaste schieben.		
Lagerung:		
Nicht über 25 °C und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren Nachfüllpackung bis zum Einsatz in der Originalverpackung aufbewahren.		
Reinigung:		
Der Novolizer® Pulverinhalator sollte vom Patienten regelmäßig gereinigt werden, spätestens bei jedem Patronenwechsel.		
Schutzkappe und Mundstück entfernen (gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es locker ist, dann abziehen).		
Novolizer® auf den Kopf drehen, Dosierschlitten abziehen.		
Durch leichtes Ausklopfen Pulverreste entfernen.		
Mundstück, Dosierschlitten und Pulverinhalator mit einem weichen, fusselfreien und trockenen Tuch reinigen. Kein Wasser!		
Dosierschlittennach der Reinigung schräg von oben einsetzen und in seine Position drücken.		
Mundstück mit dem Stift links in die Aussparung setzen und bis zum Einrasten nach rechts drehen. Verschlusskappe aufsetzen.		
Haltbarkeit nach Anbruch:		
Nach Anbruch der Patrone nicht länger als 6 Monate haltbar.		
Der Pulverinhalator sollte nicht länger als 1 Jahr im Gebrauch sein.		
Sonstiges:		